



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

На медицинское изделие

Инструменты стоматологические вращающиеся: боры "Кросстек" (Crosstech)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"КРОССТЕХ ДАЙМОНД ТУЛС Ко., Лтд.", Таиланд,

CROSSTECH DIAMOND TOOLS Co., Ltd.

109/87 Moo2, Taparak Rd. Bangsaothong. Samutprakran 10540 Thailand

Производитель

"КРОССТЕХ ДАЙМОНД ТУЛС Ко., Лтд.", Таиланд,

CROSSTECH DIAMOND TOOLS Co., Ltd.,

109/87 Moo2, Taparak Rd. Bangsaothong. Samutprakran 10540 Thailand

Место производства медицинского изделия

109/87 Moo2, Taparak Rd. Bangsaothong. Samutprakran 10540 Thailand

Номер регистрационного досье № 3094 от 22.01.2009

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 3370

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 02 апреля 2009 года № 2670-Пр/09

и приказом от 07 апреля 2014 года № 2388 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0007745

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

Лист 1

На медицинское изделие

Инструменты стоматологические вращающиеся: боры "Кросстек" (Crosstech):

1. Шаровидный:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): А 0 (801-001-008); А 1 (801-001-009); А 2 (801-001-012); А 3 (801-001-016); А 4 (801-001-018); А 5 (801-001-021); ALL 1 (801-001-009); ALL 2 (801-001-012); ALL 3 (801-001-016); ALL 5 (801-001-021);
- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, М-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): МА 1 (801-001-009); МА 2 (801-001-012); МА 3 (801-001-016);
- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): А 1С (801-001-009); А 2С (801-001-012); А 3С (801-001-016);
- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): А 2F (801-001-012); А 3F (801-001-016); А 4F (801-001-018); А 5F (801-001-021);
- жёлтая линия (экстремелкозернистые боры - финиры, Р-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): А 3Р (801-001-012); А 5Р (801-001-021);
- золотая линия/стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GA 1 (801-001-009); GA 2 (801-001-012); GA 3 (801-001-016); GA 4 (801-001-018); GA 5 (801-001-021);

2. Шаровидный с воротничком:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): А L1 (802-002-009-3 ML); А L2 (802-002-012-3 ML); А L3 (802-002-016-3.5 ML);
- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, М-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): МА L1 (802-002-009-3 ML); МА L2 (802-002-012-3 ML); МА L3 (802-002-016-3.5 ML);
- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): А L1С (802-002-009-3ML); А L2С (802-002-012-3 ML); А L3С (802-002-016-3.5 ML);
- золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GAL 1 (802-002-009-3 ML); GAL 2 (802-002-012-3 ML); GAL 3 (802-002-016-3.5 ML);

Приказом от 07 апреля 2014 года № 188-ФЗ о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0004778

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

Лист 2

3. Обратный конус:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): А 6 (805-010-010-1 ML); А 7 (805-010-012-1.5 ML); А 8 (805-010-015-1.5 ML); А 11 (807-225-012-3.5 ML); А 11L (807-225-014-3.5 ML); А 11LL (807-225-016-3.5 ML);
- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, М-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): МА 6 (80-010-010-1 ML); МА 7 (805-010-012-1.5 ML); МА 8 (805-010-015-1.5 ML);
- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): А 6С (805-010-010-1 ML); А 7С (805-010-012-1.5 ML);
- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): А 8F (805-010-015-1.5 ML);
- золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GA 6 (805-010-010-1 ML); GA 7 (805-010-012-1.5 ML); GA 8 (805-010-015-1.5 ML); GA 11 (807-225-012-3.5 ML);

4. Двойной обратный конус:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): А 9S (806-019-009-2.5 ML); А 9 (806-019-010-2.2 ML); А 10 (806-019-014-3.5 ML); А 10L (806-019-016-3.5 ML); А 10LL (806-019-018-3.5 ML);
- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, М-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): МА 9 (806-019-010- 2.2 ML); МА 10 (806-019-014-3.5 ML);
- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): А 9С (806-019-010-2.2 ML);
- золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GA 9S (806-019-009-2.5 ML); GA 9 (806-019-010-2.2 ML); GA 10 (806-019-014-3.5 ML);

5. Цилиндр с плоским концом:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): А 12 (835-107-008-3.5 ML); А 12L (835-107-008-4.5 ML); А 13 (835-107-011-4 ML); А 13L (835-107-011-5 ML); А 14 (835-107-013-4.5 ML); А 14L (835-107-013-5 ML); В 1S (836-110-012-7 ML); В 1 (836-110-014-7 ML);
- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, М-обозначение,

Приказом от 07 апреля 2014 года № 887-п/с заменено допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0004779

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

Лист 3

- FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): MA 12 (835-107-008-3.5 ML); MA 13 (835-107-011-4 ML); MA 14 (835-107-013-4.5 ML); MB 1 (836-110-014-7 ML);
- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): A 13C (835-107-011-4 ML); A 14C (835-107-013-4.5 ML); B1SC (836-110-012-7 ML); B1C (836-110-014-7 ML);
 - красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): A 12F (835-107-008-3.5 ML); A 13F (835-107-011-4 ML); A 14F (835-107-013-4.5 ML); B 1SF (836-110-012-7 ML);
 - золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GA 12 (835-107-008-3.5 ML); GA 13 (835-107-011-4 ML); GA 14 (835-107-013-4.5 ML); GB 1S (836-110-012-7 ML); GB 1 (836-110-014-7 ML);
6. Цилиндр торцевой:
- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): A 18 (839-150-010);
 - красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): A 18F (839-150-010);
 - золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GA 18 (839-150-010);
7. Цилиндр с закругленным концом:
- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): A 19 (835R-156-008-3 ML); A 19L (835-156-008-4.5 ML); A 20 (835R-156-010-4 ML); A 20L (835R-156-012-5 ML); A 20LL (835R-156-014-5 ML); B 1SS (836R-157-010-6 ML); B 2 (880-140-014-6 ML);
 - зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): A 20LC (835R-156-012-5 ML); B1SSC (836R-157-010-6 ML); B 2C (880-140-014-6 ML);
 - красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): A 20F (835R-156-010-4 ML); B 1SSSF (836R-157-010-6 ML);
 - желтая линия (экстремелкозернистые боры - финиры, P-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): A 20P (835R-156-010-4 ML); B 2P (880-140-014-6 ML);
 - золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GA 19 (835R-156-008-3 ML); GA 20 (835R-156-010-4 ML); GB 1SS (836R-157-010-6 ML); GB 2 (880-140-014-6 ML);

Приказом от 07 апреля 2014 года № 2588 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0006002

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

Лист 4

8. Пулевидный:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): А 23 (862-539-010-3 ML); А 24 (862-539-014-3 ML); С 21 (862-539-016-3.5 ML);

- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): А 24F (862-539-014-3 ML);

- жёлтая линия (экстремелкозернистые боры - финиры, P-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): С 21P (862-539-016-3.5 ML);

9. Конус с плоским концом:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): А 15 (845-168-011-4 ML); А 16 (845-168-016-4.5 ML); В 3 (846-171-014-7 ML); В 4 (846-171-016-7 ML); В 4L (847-172-018-8 ML); С 1 (848-173-014-10 ML); С 2S (848-173-016-10 ML); С 2 (848-173-018-10 ML); С 2L (848L-174-018-12 ML);

- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, M-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): МА 15 (845-168-011-4 ML); МА 16 (845-168-016-4.5 ML); МВ 4 (846-171-016-7 ML); МС 2S (848-173-016-10 ML);

- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): А 16С (845-168-016-4.5 ML); В 4С (846-171-016-7 ML); В 4LC (847-172-018-8 ML); С 2SC (848-173-016-10 ML); С 2С (848-173-018-10 ML); С 2LC (848L-174-018-12 ML);

- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): В 3F (846-171-014-7 ML); В 4LF (847-172-018-8 ML); С 2SF (848-173-016-10 ML); С 2F (848-173-018-10 ML);

- жёлтая линия (экстремелкозернистые боры - финиры, P-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): А 16P (845-168-016-4.5 ML); В 4LP (847-172-018-8 ML);

- золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GA 15 (845-168-011-4 ML); GA 16 (845-168-016-4.5 ML); GB 3 (846-171-014-7 ML); GB 4 (846-171-016-7 ML); GB 4L (847-172-018-8 ML); GC 1 (848-173-014-10 ML); GC 2S (848-173-016-10 ML); GC 2 (848-173-018-10 ML); GC 2L (848L-174-018-12 ML);

10. Конус с круглым концом:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): В 5 (856-198-012-8 ML); В 5M (856-198-016-8 ML); В 5L (856-198-

Приказом от 07 апреля 2014 года № 2388 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0006003

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

Лист 5

018-8 ML); В 6 (856N-197N-016-7 ML); В 6M (856-198M-016-8 ML); В 6L (856N-198N-017-9 ML); С 3S (856L-198L-016-10 ML); С 3 (850N-198N-016-10 ML); С 3L (850N-198N-022-11.5 ML); С 4S (850-199-012-10 ML); С 4 (850-199-014-10 ML); С 4M (850-199-016-10 ML); С 4L (850-199-018-10 ML); С 5 (850-200-018-12 ML); D 2 (856-198-025-8 ML); D 3 (855-198-025-7 ML);

- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, М-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): MB 6 (856N-197N-016-7 ML); MB 6L (856N-198N-017-9 ML); MC 3S (856L-198L-016-10 ML); MC 3 (850N-198N-016-10 ML);

- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): В 5MC (856-198-016-8 ML); В 6MC (856M-198M-016-8 ML); В 6LC (856N-198N-017-9 ML); С 4C (850-199-014-10 ML); D 3C (855-198-025-7 ML);

- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): В 5F (856-198-012-8 ML); В 5LF (856-198-018-8 ML); В 6MF (856M-198M-016-8 ML); В 6LF (856N-198N-017-9 ML); С 3F (850N-198N-016-10 ML);

- желтая линия (экстремелкозернистые боры - финиры, Р-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): В 5P (856-198-012-8 ML); В 5MP (856-198-016-8 ML); В 6P (856N-197N-016-7 ML); В 6LP (856N-198N-017-9 ML); С 3P (850N-198N-016-10 ML); С 4LP (850-199-018-10 ML);

- золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GB 5 (856-198-012-8 ML); GB 5M (856-198-016-8 ML); GB 5L (856-198-018-8 ML); GB 6 (856N-197N-016-7 ML); GB 6M (856M-198M-016-8 ML); GB 6L (856N-198N-017-9 ML); GC 3S (856L-198L-016-10 ML); GC 3 (850N-198N-016-10 ML); GC 3L (850N-198N-022-11.5 ML); GC 4S (850-199-012-10 ML); GC 4 (850-199-014-10 ML); GC 4M (850-199-016-10 ML); GC 4L (850-199-018-10 ML); GC 5 (850L-200-018-12 ML); GD 2 (856-198-025-8 ML); GD 3 (855-198-025-7 ML);

11. Торпедообразный конус:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): S 1 (886-131-017-9 ML); S 2 (878K-298-014-8 ML); S 2M (878K-298-016-8 ML); S 2L (878K-298-018-8 ML); S 3 (879K-29-016-10 ML); S 3L (879K-299-018-10 ML);

- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, М-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): MS 2 (878K-298-014-8 ML); MS 2M (878K-298-016-8 ML); MS 2L (878K-298-018-8 ML);

Приказом от 07 апреля 2014 года № 2388 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко



0006004

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

Лист 6

- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): S 1F (886-131-017-9 ML); S 3F (879K-299-016-10 ML);
- жёлтая линия (экстремелкозернистые боры - финиры, P-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): S 1P (886-131-017-9 ML); S 2MP (878K-298-016-8 ML);
- золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GS 1 (886-131-017-9 ML); GS 2 (878K-298-014-8 ML); GS 2M (878K-298-016-8 ML); GS 2L (878K-298-018-8 ML); GS 3 (879K-299-016-10 ML); GS 3L (879K-299-018-10 ML);

12. Игольчатый:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): B 71 (858-164-008-6 ML); B 73 (858-164-012-6 ML); B 7S (858-165-012-8 ML); B 7 (858-165-013-8 ML); C 6 (859-166-011-9 ML); C 7 (859-166-016-10 ML); C 8 (859-166-018-10 ML);
- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, M-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): MB 7 (858-165-013-8 ML); MC 7 (859-166-016-10 ML);
- зеленая линия (крупная алмазная крошка, C-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): B 7SC (858-165-012-8 ML); C 7C (859-166-016-10 ML); C 8C (859-166-018-10 ML);

- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): B 7SF (858-165-012-8 ML); C 8F (859-166-018-10 ML);
- жёлтая линия (экстремелкозернистые боры - финиры, P-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): B 71P (858-164-008-6 ML); B 73P (858-164-012-6 ML); B 7SP (858-165-012-8 ML); B 7P (858-165-013-8 ML); C 6P (859-166-011-9 ML); C 7P (859-166-016-10 ML); C 8P (859-166-018-10 ML);
- золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GB 7S (858-165-012-8 ML); GB 7 (858-165-013-8 ML); GC 6 (859-166-011-9 ML); GC 7 (859-166-016-10 ML); GC 8 (859-166-018-10 ML);

13. Пламевидный:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): A 22 (862-247-007-3 ML); A 25 (862-247-010-4 ML); A 26 (862-247-012-4 ML); A 28 (862-247-016-5 ML); B 8 (863-249-012-7.5 ML); B 9 (862-249-014-7.5 ML); C 10 (863-250-013-10 ML); C 11 (863-250-016-10 ML);

Приказом от 07 апреля 2014 года № 2388 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко



0006005

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

Лист 7

- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, М-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): МВ 9 (862-249-014-7.5 ML);
 - зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): А 28С (862-247-016-5 ML); В 8С (862-249-012-7.5);
 - красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): А 22F (862-247-007-3 ML); В 8F (862-249-012-7.5 ML);
 - жёлтая линия (экстрамелкозернистые боры - финиры, Р-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): А 22Р (862-247-007-3 ML); А 26Р (862-247-012-4 ML); В 8Р (862-249-012-7.5 ML); В 9Р (862-249-014-7.5 ML); С 10Р (863-250-013-10 ML); С 11Р (863-250-016-10 ML);
 - золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GB 8 (862-249-012-7.5 ML); GB 9 (862-249-014-7.5 ML); GC 10 (863-250-013-10 ML); GC 11 (863-250-016-10 ML);
14. Остроконечный цилиндр:
- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): В 10 (877-288-010-6 ML); В 11 (878-289-012-8 ML); С 9 (886-131-014-10 ML); С 9L (886-131-016-10 ML);
 - синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, М-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): МС 9 (886-131-014-10 ML); МС 9L (886-131-016-10 ML);
 - зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): В 10С (877-288-010-6 ML); С 9С (886-131-014-10 ML);
 - красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): В 11F (878-289-012-8 ML); С 9F (886-131-014-10 ML);
 - жёлтая линия (экстрамелкозернистые боры - финиры, Р-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): В 10Р (876-288-010-6 ML);
 - золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GB 10 (877-288-010-6 ML); GB 11 (878-298-012-8 ML); GC 9 (886-131-014-10 ML); GC 9L (886-131-016-10 ML);
15. Бутонообразный:
- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): А 17S (368-257-016-3.5 ML); А 17 (368-257-018-4 ML); А 173 (368-257-018-4.5 ML); С 15 (368-257-023-5 ML); С 15R (379-277-023-5 ML);

Приказом от 07 апреля 2014 года № 2388-о заместителем допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0006006

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

Лист 8

- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): А 173С (368-257-018-4.5 ML); С 15С (368-257-023-5 ML);
- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): А 17SF (368-257-016-3.5 ML); А 17F (368-257-018-4 ML); С 15F (368-257-023-5 ML); С 15RF (379-277-023-5 ML);
- жёлтая линия (экстремелкозернистые боры - финиры, P-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): А 17SP (368-257-016-3.5 ML); А 17P (368-257-018-4 ML); А 173P (368-257-018-4.5 ML); С 15P (368-257-023-5 ML);
- золотая линия/стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GA 17S (368-257-016-3.5 ML); GA 17 (368-257-018-4 ML); GC 15 (368-257-023-5 ML); GC 15R (379-277-023-5 ML);

16. Грушевидный:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): С 12SSS (830-234-010-4 ML); С 12SS (830-234-012-4 ML); С 12S (830-234-016-5 ML); С 12 (830L-234-021-5 ML); С 16 (830-237-032-5 ML);
- синяя линия (стандартнозернистые боры на укороченной ножке, M-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, без цветного кольца): MC 12 (830L-234-021-5 ML);
- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): С 12SC (830-234-016-5 ML);
- жёлтая линия (экстремелкозернистые боры - финиры, P-обозначение, FG314-504 - 25 мкм, желтое кольцо): С 12P (830L-234-021-5 ML); С 16P (830-237-032-5 ML);
- золотая линия/стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GC 12 (830-234-021-5 ML); GC 16 (830-237-032-5 ML);

17. Желудеобразный:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): С 18 (905-031-023-2.7 ML); С 19 (905-031-027-2.9 ML);
- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): С 19С (905-031-027-2.9 ML);
- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): С 18F (905-031-023-2.7 ML);

18. Окклюзионный:

- синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): С 17 (811-038-017-4 ML); С 18 (811-038-032-5 ML);

Приказом от 07 апреля 2014 года № 2388-о замена допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0006007

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 02 апреля 2009 года № ФСЗ 2009/04066

Лист 9

- зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): С 17С (811-038-017-4 ML);
- красная линия (мелкозернистые боры - финиры, F-обозначение, FG314-514 - 55 мкм, красное кольцо): С 13F (811-038-032-5 ML);
- золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GC 13 (811-038-032-5 ML);
- 19. Колесообразный:
 - синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): С 14 (909-068-045-1.7 ML);
 - зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): С 14С (909-068-045-1.7 ML);
 - золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GC 14 (909-068-045-1.7 ML);
- 20. Редюссер:
 - синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): D 1 (6055-6055-018-8 ML);
 - золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GD 1 (6055-6055-018-8 ML);
- 21. Торнадо:
 - синяя линия (стандартнозернистые боры без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): D 6 (A848-A173-016-10 ML);
- 22. Маркер глубины:
 - синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): D 7 (834-834-020-7.5 ML);
- 23. Эндодонтический бор:
 - синяя линия (стандартнозернистые боры, без обозначения, FG314-524 - 105-125 мкм, без цветного кольца): N 1 (85-219-016-7 ML); N 2 (857-220-016-10 ML); N 3 (802L-005-018-7.5 ML); N 3L (802L-005-018-9 ML); N 3LL (802L-005-018-10 ML);
 - зеленая линия (крупная алмазная крошка, С-обозначение, FG314-534 - 150 мкм, зеленое кольцо): N 1С (851-219-016-7 ML);
 - золотая линия /стандартнозернистые боры, G-обозначение, FG314-524 - 100-125 мкм, голубое кольцо): GN 1 (851-219-016-7 ML); GN 2 (857-220-016-10 ML); GN 3 (802L-005-018-7.5 ML).

Приказом от 07 апреля 2014 года № 2088 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0006008